



Certificado de Reconhecimento

C / 069 / 2008

Emissão : 11/03/2008

Validade : 11/03/2010

CALIBRAÇÃO : VIBRAÇÃO

Tecmetro - Tecnologia em Medições Ltda
Rua Tirreno, 72 - São Bernardo do Campo - SP

A REMESP reconhece a competência técnica do laboratório acima identificado, segundo critérios estabelecidos pela NBR ISO/IEC 17025:2005, para os serviços que constam na lista anexa, que é parte integrante deste Certificado.


Lucia Alves e Silva
Coordenadora do Reconhecimento


Marco Antonio Grecco D'Elia
Presidente da REMESP

RELAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS

Anexa ao Contrato REMESP - Processo 63/04/2007

ENTIDADE	TECMETRO - TECNOLOGIA EM MEDIÇÕES LTDA		
ENDEREÇO	Rua Tirreno, 72 - São Bernardo do Campo - SP Tel. : (11) 4330-5017 Fax : (11) 4125-1743		
ÁREA DE ATUAÇÃO	Calibração		
NÚMERO DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO	C / 069 / 2008	Data da emissão: 11/03/2008	
INSTALAÇÕES :	Permanentes e Fora das Instalações Permanentes		

GRANDEZA : VIBRAÇÃO

Instrumento	Faixa	Melhor capacidade de medição (%)
Acelerômetro (Senoidal)	10 Hz até < 50 Hz	1,01
	50 Hz até 1 kHz	0,51
	> 1 kHz até 5 kHz	1,00
Acelerômetro (Choque)	10 Hz até < 50 Hz	1,03
	50 Hz até 1 kHz	0,54
	> 1 kHz até 5 kHz	1,02


Lucía Alves e Silva
Coordenadora